

Santo Domingo, D.N.

25 de febrero del 2022

NOTIFICACION DE CANCELACION

Por medio de la presente hacemos constar que el proceso **CECANOT-DAF-CM-2022-0015** **"ADQUISICION DE CATETER, SET TRANSITORIO PARA HEMODIALISIS"** ha sido cancelado debido a que las muestras presentadas por los oferentes **QUIROFANOS L, Q. SRL**, **HIDROMED, SRL** y **FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A FARMACONAL**, no cumplieron con lo requerido según informe pericial.

El proceso será relanzado más adelante.

Sin otro particular.

Atentamente,



Alexandra Del Toro

Encargada del Departamento de
Compras y Contrataciones



A: Licda. Alexandra del Toro
Interina/Encargada Depto. De Compras

Asunto: Informe Pericial:
Catéter Set Transitorio de 2 Lumen 11.5F o (12Fr) x 20 cm Silicón set para Hemodiálisis y Catéter Set Transitorio de 3 Lumen 11.5F o (12Fr) x 20 cm Silicón set para Hemodiálisis.

Fecha: 18 de Febrero-2022

Por medio de la presente, el comité de Farmacia y Terapéutica, evaluó Catéter Set Transitorio de 2 Lumen 11.5F o (12Fr) x 20 cm Silicón set para Hemodiálisis y Catéter Set Transitorio de 3 Lumen 11.5F o (12Fr) x 20 cm Silicón set para Hemodiálisis, para ser usado en los pacientes que requieren de su uso.

PRIMERO: Para la evaluación del Proceso: **CECANOT-DAF-CM-2022-0015:** Fueron entregadas muestras de Catéter Set Transitorio de 2 Lumen 11.5F o (12Fr) x 20 cm Silicón set para Hemodiálisis y Catéter Set Transitorio de 3 Lumen 11.5F o (12Fr) x 20 cm Silicón set para Hemodiálisis, por las compañías: **QUIROFANOS L, Q., S.R.L., HIDROMED y FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A. FARMACONAL.**

SEGUNDO: No Cumplen, las compañías: **QUIROFANOS L, Q., S.R.L., HIDROMED y FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A. FARMACONAL.:** ya que:

***QUIROFANOS L, Q., S.R.L.:** el material de fabricación es Poliuretano, no es de Silicón.

***FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A. FARMACONAL.:** No Especifica el material con el que es fabricado.

***HIDROMED:** es de Silicón pero la guía es muy Frágil.

Anexo Firmas de Invitados y del Comité

C CENTRO
**CARDIONEURO OFTALMOLÓGICO
Y TRASPLANTE (CECANOT)**

Proceso (CECANOT-DAF-CM-2022-0015) **Material Gastable:** Catéter Set Transitorio de 2 Lumen 11.5F o (12Fr) x 20 cm Silicón set para Hemodiálisis y Catéter Set Transitorio de 3 Lumen 11.5F o (12Fr) x 20 cm Silicón set para Hemodiálisis. (18/02/2022).

***Peritos:**

Dr. Rafael Pion

Enc. De la Unidad de Hemodiálisis

Dr. Martin Veras Troncoso

Cirujano Vascular

***Invitados:**

Lic. Lisset García

Responsable de Acceso a la Información (RAI)

Oficina de Libre Acceso a la Información Pública (OAI)

Señor: Freddy Betances

Representante de la comunidad

***Miembros:**

Licda. Elsa Julia Roa M.

Secretaria

Dr. Ramón Graciano Acevedo

Vocal

Dra. Maltha Cruz Abad

Vocal

Licda. Inocencia Rosario

Vocal

Dr. Ignacio A. Bengoa

Vocal

Licda. Belkys Encarnación

Vocal

Dr. Francisco Felipe
Sub-Director

Coordinador del Comité de Farmacia y Terapéutica

RNC 4-3006345-2

C/Federico Velázquez No.1, María Auxiliadora, Santo Domingo, D.N., Rep. Dom

Tel. 809-681-0080/Fax. 809-845-4765

Website: WWW.Cecanot.com.do/ E-Mail: dirección@cecanot.com.do

