

12 de Febrero 2021

A : *Lic. Blas Cruz Durán*
Administrador General

Atención : *Lic. Digna Santamaria*
Encargada de Compras y Contrataciones

Asunto : *Justificación adquisición de Autoclave Esterilización*

1. Los equipos de autoclave los cuales son utilizados para esterilizar tanto los instrumentos quirúrgicos así como la vestimenta quirúrgica del personal médico, pacientes y otros implementos en los quirófanos son "imprescindibles" para la realización efectiva de las cirugías en el Centro debido a que los quirófanos demandan de altos estándares de esterilización de los materiales, hacemos énfasis en que este Centro quirúrgico de 3er nivel es el único que brinda sus servicios de cirugías y procedimientos a personas de muy bajos ingresos económicos que llegan demandando altos estándares de servicios quirúrgicos médicos por lo que se requiere que sus equipos tengan el más alto de grado de calidad y eficiencia para atender los requerimientos de nuestro pacientes.-

2. El Centro requiere que se adquieran equipos nuevos y más actualizados de autoclave para realizar con la efectividad, prontitud y continuidad los procesos de cirugía en los quirófanos ya no podemos actualmente contar con los equipos que disponemos debido a que las piezas que presentan dificultades y las mismas no aparecen en el mercado son las "resistencias" las cuales provocan la salida intempestiva de servicio de los equipos y por ende paralizan los procesos de esterilización.-

3. Los equipos que actualmente prestan servicio en el Centro son un equipos discontinuados, obsoletos y No disponen de repuestos en el mercado debido a la cantidad de años que tienen en servicio, y las compañías distribuidoras no les están proveyendo soporte técnico ni piezas y esa deficiencia imposibilita su reparación (porque no aparecen en el mercado actualmente).-

4. Es imperativo y requerido que se disponga de varios equipos de autoclave debido al elevado índice de cirugías que se presenta y un solo equipo no da abasto suficiente para suplir con efectividad la demanda de esterilización que requieren los quirófanos.-

5.-Otras fallas que presentan los equipos actuales es que tiene un tiempo dilatado con el proceso de esterilización, en la actualidad los esterilizadores modernos el proceso es más rápido y constituye la mitad del tiempo de los esterilizadores antiguos

6.-Tambien el equipo actual no cuenta con un sistema de conteo, y la esterilización es totalmente manual, los mas recientes disponen de un sistema completamente digital.-



Ministerio de Salud Pública

Ciudad Sanitaria Dr. Luís E. Aybar
Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante
"Año Nacional de Fomento a la Exportaciones"
RNC 4-3006345-2



Remitimos la siguiente comunicación para su conocimiento y fines de lugar. –

Sin otro particular por el momento, Queda de usted,

Atentamente,


Ing. Rafael Cruz V.

Encargado de Mantenimiento
USO INTERNO

Ministerio de Salud Pública

Ciudad Sanitaria Dr. Luís E. Aybar
Centro Cardio-Neuro Oftalmológico y Trasplante
"Año de la Innovación y la Competitividad"
RNC 4-3006345-2

15 de Febrero del 2021

A : Lic. Blas Cruz Duran
Administrador General

Asunto : Informe Equipo de Autoclave

Cortésmente tenemos a bien dirigirnos a usted con la finalidad de remitirle un resumen de las fallas e inconvenientes que presenta la máquina de auto clave marca **Amsco modelo-2023** el cual está instalado en el Área de Cardiovascular.-

- El equipo tiene una resistencia dañada de 4 que utiliza y la misma no aparece en el mercado.-
- Este equipo autoclave modelo 2023 Amsco es un equipo descontinuado en el mercado por lo que actualmente no cuenta con soporte técnico tanto de mantenimiento como de piezas.-
- Se requiere más de un equipo para cubrir y cumplir la demanda de esterilizar del Centro.-
- Esta máquina de autoclave tiene un tiempo muy dilatado con los procesos de esterilización(es muy lento)
- El equipo no cuenta con un sistema de conteo y el proceso de esterilización es completamente manual.-

Remitimos la siguiente comunicación para su conocimiento y fines de lugar.-

Sin otro particular por el momento, Queda de usted,

Atentamente,



Ing. Rafael Cruz V.
Encargado de Mantenimiento

