

Informe Definitivo De Ofertas Técnicas

Que, dentro del ITEM solicitado, en los pliegos de condiciones para participar en esta referencia: **CECANOT-DAF-CM-2021-0210**, fue solicitado el siguiente renglón, Catéter set transitorio 3 Lumen 11.5 F o (12F) x 20 CM, y Catéter set transitorio 2 Lumen 11.5 F o (12F) x 20 CM Silicon set para Hemodialisis, para Hemodiálisis, al analizar y verificar las muestras de las compañías: **Fármaco Química Nacional, S.A. (FARMACONAL), Hidromed, SRL., Quirofanos L.Q, SRL., y 2T IMPORTACIONES, SRL.,** Luego de evaluar las muestras proporcionadas y evaluadas este centro llegó a la siguiente conclusión.

Después de haber analizado las propuestas, tomando en cuenta los criterios técnicos precedentemente detallados, la comisión técnica evaluadora recomienda al comité de compras y contrataciones del CECANOT, lo siguiente:

Primero: La compañía, **Hidromed, SRL.,** Queda **Autorizada y Habilitada**, ya que se especificó en la solicitud que sea de Silicón, las razones son: porque es más biocompatible, es más flexible, se infecta menos, se coagula menos.

Segundo: Las compañías: **2T IMPORTACIONES, SRL., Fármaco Química Nacional, S.A. (FARMACONAL), Quirofanos L.Q, SRL.,** quedan **Descalificadas**, ya que las muestras presentadas son de poliuretano, y no tiene la características, que ofrece el de Silicón y la **2T IMPORTACIONES** es de Poliuretano (no de Silicón) y es curvo que es para yugular Interna.



Dr. Rafael Pion Bengoa
Encargado Del Depart. De Nefrología
Perito



Licda. Elsa Julia Roa
Enc. De Farmacia
Perito

16/02/21
24/5/21
19 de mayo

