

24 de febrero, 2022
Santo Domingo, D.N.

INFORME DEFINITIVO DE OFERTAS TECNICAS

Recibimos las muestras correspondientes a los materiales solicitados por el Departamento de Hemodinamia, a través de la Unidad de Compras del Centro, para el proceso de referencia **CECANOT-DAF-CM-2022-0001**.

Después de haber evaluado las muestras presentadas por las compañías **SUED & FARGESA SRL, Servicios Electromédicos e Institucionales, S.A. (SEMinsa)** y **ATGO SRL**, únicas participantes en este proceso, y tomando en cuenta los criterios técnicos precedentemente detallados dentro de los ITEMS solicitados en los pliegos de condiciones para la adquisición de materiales para el Depto. de Hemodinamia, la comisión técnica evaluadora recomienda al comité de compras y contrataciones de CECANOT, que:

Primero: El producto "Catéter Diagnóstico Impulse TIG4" presentado por la compañía **Servicios Electromédicos e Institucionales, S.A. (SEMinsa)**, presenta los requisitos y características solicitadas por el Departamento, pero presentan características que resultan menos favorables que los presentados por otras compañías; y el producto "Manifold 3 vías" es de buena calidad, pero no trae la jeringa control como fue solicitado dentro de los criterios de la ficha técnica, por lo que no nos resulta favorable en comparación a los productos presentados por otras compañías.

Segundo: Los productos "Catéter Diagnóstico radial TIG 4 5Fr., Introdutor Radial Hidrofílico 6 Fr., Manifold 3 vías con jeringa control, Guía rígida teflonada punta J 0.035 x 260cm, Catéter Guía JL 3 6Fr., Catéter Guía XB3 6 FR." presentados por la Compañía **SUED & FARGESA, SRL**. Con muestras de los mismos, presentan todos los requisitos y características solicitadas por el Departamento, cumpliendo con los criterios de la ficha técnica presentados, y con buena calidad, los cuales son útiles para los fines.

Tercero: Los productos "Manifold 3 vías con jeringa control código ARMKM, Guía rígida teflonada punta J 0.035 x 260cm", presentados por la Compañía **ATGO SRL**, presentan todos los requisitos y características solicitadas por el Departamento, pero presentan características que resultan menos favorables que otros productos presentados por otra compañía al momento de la realización de los casos en las pruebas de los mismos. Y los productos "Catéter Diagnóstico radial TIG 4 5Fr., Introdutor Radial Hidrofílico 6 Fr. y el Manifold 3 vías con jeringa control código KDLAM0", presentan todos los requisitos y características solicitadas, cumpliendo con los criterios de la ficha técnica presentados, y con buena calidad, los cuales son útiles para los fines.

PUNTUACION SOBRE 10 PUNTOS:

CENTRO CARDIONEURO OFTALMOLÓGICO Y TRASPLANTE (CECANOT)

ITEM	PRODUCTO	SEMINSA	SUED & FARGESA	ATGO
1	Catéter Diagnóstico Impulse TIG4	6	8	8
2	Introduccion Radial Hidrofilico 6 Fr.	NA	8	9
3	3 vías con jeringa control	No cumple	9	9
4	Guía rígida teflonada punta J 0.035 x 260cm	NA	10	7
5	Catéter Guía JL 3 6Fr.	NA	9	NA
6	Catéter Guía XB3 6 FR.	NA	9	NA

Sin otro particular,

A. Winter

Dra. Alexandra Winter

Coordinadora Depto. De Hemodinamia

